

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตู้อบกายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เทียม จำนวน ๑ ตู้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
เป็นจำนวนเงิน ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ออโต บ็อก เซาร์ท อีสต์ เอเชีย จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ซิสเต็ม คอนเนคเตอร์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท รีแฮบเทคโนโลยี จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอลิสรา เตชะไพฑูรย์)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรรเสริญ ฤกษ์บุรี)

ช่างกายอุปกรณ์ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตู้อบกายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เทียม

๑. ความต้องการ เครื่องตู้อบกายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เทียม
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความร้อนกับวัสดุชิ้นงานต่าง ๆ ในงานกายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เทียม
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นตู้อบความร้อนทรงสี่เหลี่ยม ภายในทำด้วยวัสดุสแตนเลส มีไฟส่องสว่าง มีพัดลมกระจายความร้อน และมีตระแกรงสแตนเลส จำนวน ๒ ชั้น ด้านหน้าเป็นประตูกระจก ๒ บาน ใช้ในการส่องดูวัสดุภายใน มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ และตั้งเวลาในการอบได้
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ภายนอกมีความกว้าง x ความลึก x ความสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕x๘๗๐x๑,๐๒๐ มิลลิเมตร
 - ๔.๒ ภายในมีความกว้าง x ความลึก x ความสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐x๕๐๐x๘๐๐ มิลลิเมตร
 - ๔.๓ ภายในมีความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร
 - ๔.๔ กระจกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐x๔๘๐ มิลลิเมตร
 - ๔.๕ อุณหภูมิสามารถปรับได้สูงสุด ๓๐๐ องศาเซลเซียส
 - ๔.๖ ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
 - ๔.๗ ไฟฟ้ามีกำลังไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ วัตต์
 - ๔.๘ มีอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า
 - ๔.๙ มีแผนภาพวงจรไฟฟ้า (Circuit Diagram) แสดงระบบควบคุมการทำงาน
 - ๔.๑๐ ถังมือกั้นความร้อนชุบเคลือบสารหน่วงการติดไฟ ขนาด ๒๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ คู่ และขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ คู่
 - ๔.๑๑ แผ่นเทปเลื่อน ลองวัสดุชิ้นงานต่าง ๆ ขณะอบ จำนวน ๒ แผ่น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน สาธิต หรือดัดแปลงแก้ไขมาก่อน
- ๕.๒ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือจัดหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่ามาสำรองให้ใช้งานก่อนระหว่างแก้ไข หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

/๕.๓ มีคู่มือ...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางอลิสรา เตชะไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสรรเสริญ ฤกษ์บุรี)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุธีพงษ์ อ่อนมณี)

- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานบำรุงรักษาของเครื่อง เป็นคู่มือต้นฉบับ ๑ ชุด และแปลเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๔ บริษัทที่มานำเสนอจะต้องมีใบแต่งตั้งและประกาศทางสื่อออนไลน์ว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากโนตาและสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น พร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จากผู้แปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางล่ามและแปลเอกสารจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมนำหนังสือแต่งตั้งตัวจริง มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๕ บริษัทที่มานำเสนอจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมนำเอกสารที่ยังมีผลรับรองมาตรฐานอยู่ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๖ บริษัทที่มานำเสนอจะต้องมีแคตตาล็อกตัวจริงจากบริษัทแม่หรือบริษัทผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๗ บริษัทที่มานำเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทแม่หรือบริษัทผู้ผลิต ว่ามีช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรได้ และมีผู้เชี่ยวชาญที่จบปริญญาสาขา กายอุปกรณ์ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางอลิสรา เตชะไพฑูริย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายสรรเสริญ ฤกษ์บุรี)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)